



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
S U C E A V A

PROIECT

HOTARARE

de modificare a art.1 din HCL nr. 227 din 30.06.2022 privind aprobarea achiziționării unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise și darea în folosință gratuită a acestora, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 25762 din 12.07.2022, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 25763 din 12.07.2022, cât și raportul comisiei economico – financiare, juridica, disciplinara și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

Potrivit HCL

Având în vedere prevederile HCL nr. 227 din 30.06.2022 privind aprobarea achiziționării unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise și darea în folosință gratuită a acestora, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Suceava;

În conformitate cu prevederile art. 29 lit. a din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. "c", și al.(6) lit.b, art.139 al (2), art.140, alin (1), art. 196 și art.362 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 227 din 30.06.2022 privind aprobarea achiziționării unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise și darea în folosință gratuită a acestora, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Suceava, care devine:

"Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise, precum aparate **DRUG Test 5000 - Drager**, sau alte opțiuni tehnice care să corespundă sistemelor agreate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne."

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 227 din 30.06.2022, rămân neschimbate.

Art. III. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

INIȚIATOR
PRIMAR
ION LUNGU



AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Viză
Control Financiar
Preventiv Propriu
Elisabeta Văideanu





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Nr. 25762 din 12.07.2022

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin HCL nr. 227 din 30.06.2022 s-a aprobat achiziționarea (cumpărarea) unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise, precum aparate DRUG Test 500-Drager, sau alte opțiuni tehnice care să corespundă sistemelor agreate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitării Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 23470 din 28.06.2022.

Având în vedere eroarea materială înscrisă prin dactilografie a denumirii exacte a dispozitivului propus spre achiziționare, respectiv "DRUG Test 500-Drager", în loc de "DRUG Test 5000-Drager", Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a revenit cu adresa nr. 89740 din 06.07.2022 și înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava sub nr. 25091 din 07.07.2022, prin care ne solicită să îndreptăm eroarea materială produsă prin dactilografie și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227 din 30.06.2022, în mod corespunzător.

Față de cele menționate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Suceava adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.

PRIMAR
ION LUNGU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA PATRIMONIU
Serviciul Patrimoniu

Nr. 25763 din 12.07.2022



RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa nr. 89.505 din 27.06.2022 înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 23470 din 28.06.2022, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a solicitat posibilitatea sprijinirii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Poliția Municipiului Suceava prin achiziționarea unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise, și stabilirea formei juridice de utilizare prin comodat sau alt instrument juridic. Această solicitare se referă la orientarea către mijloace tehnice fiabile precum aparate DRUG Test 500-Drager, sau alte opțiuni tehnice care să corespundă sistemelor agreate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Prin HCL nr. 227 din 30.06.2022 s-a aprobat achiziționarea (cumpărarea) unor aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și substanțelor interzise, precum aparate DRUG Test 500-Drager, sau alte opțiuni tehnice care să corespundă sistemelor agreate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitării Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Având în vedere eroarea materială înscrisă prin dactilografie a denumirii exacte a dispozitivului propus spre achiziționare, respectiv "DRUG Test 500-Drager", în loc de "DRUG Test 5000-Drager", Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a revenit cu adresa nr. 89740 din 06.07.2022 și înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Suceava sub nr. 25091 din 07.07.2022, prin care ne solicită îndreptarea erorii materiale produsă prin dactilografie și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227 din 30.06.2022, în mod corespunzător.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director Executiv
Damian Camelia

Șef Serviciu
Floarea Țurcanu



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
În atenția domnului Primar Ion LUNGU

În continuarea și completarea corespondenței cu nr. 89.505 din 27.06.2022 privind solicitarea de sprijin în ceea ce privește dotarea Poliției Municipiului Suceava cu aparatura necesară testării șoferilor pentru consum de substanțe interzise, procedăm la îndreptarea erorii de înscriere prin dactilografiere a denumirii exacte a dispozitivului propus spre achiziționare, respectiv aparat DRUG Test 5000 – Drager, care să corespundă sistemelor agreate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și nu DRUG Test 500 – Drager.

Totodată, în vederea individualizării exacte a aparatului DRUG Test 5000 – Drager, vă transmitem alăturat și elementele tehnice de specificitate și parametrii prezenți de producător:

1. Denumirea produsului: <i>Drager DrugTest 5000</i> aparat pentru determinarea prezentei în saliva a substantelor stupefiante			
2. Destinație: Produsul este utilizat pentru depistarea drogurilor în saliva.			
3. Compunerea sistemului de testare			
3.1	<i>Analizor de droguri</i>		
3.3	<i>Imprimanta separata pentru tiparirea rezultatelor, pentru a nu bloca utilizarea aparatului in cazul unei defectuni aprarute la imprimanta.</i>		
3.4	<i>Tastatura QWERTY pentru introducerea datelor persoanei asupra careia este facuta testarea, dimensiune minima 25.0 x 12.0 x 2.0 cm</i>		
3.5	<i>Incarcator de la rețeaua de alimentare 220V</i>		
3.6	<i>Incarcator auto de 12 V</i>		
3.7	<i>Cablu USB pentru conectarea la un PC</i>		
4. Cerințe minime funcționale și constructive			
4.1	Sistemul permite funcționarea în regim staționar, pe teren.		
4.2	Timpul de analiză a probei: maxim 10 minute		
4.3	Principiu de funcționare: Sistemul analizează rapid și cu acuratețe o probă de salivă prelevată de la un subiect cu ajutorul unui kit de testare care se introduce într-un analizor, pentru identificarea consumului de substanțe interzise.		
4.4	Analizorul oferă mijloace pentru a regla amestecul tampon-probă la o temperatură specificată, fie prin încălzirea, fie prin răcirea casetei de testare.		
4.5	Kit-ul pentru 8 substanțe detectează:		
	Substanța	Presc	Limita minimă de identificare
	Amphetamine	AMP	50 ng/ml



	Cocaina	COC	20 ng/ml
	Methamphetamine	MET	35 ng/ml
	Benzodiazepines	BZN	15 ng/ml
	Opiacee	OPI	20 ng/ml
	Tetrahydrocannabinol (Canabis)	THC	10 ng/ml
	Methadone	MTD	20 ng/ml
	Ketamin	KET	300 ng/ml
4.6	Afisaj (display): color, in limba romana		
4.7	Inregistrările efectuate contin urmatoarele informatii: - data si timpul la care a fost efectuata testarea; - tipul de substnata identificata - numele si prenumele persoanei asupra careia s-a efectuat testarea;		
4.8	Sistemul are o memorie interna pentru minim 500 de testari		
4.9	Prelevatorul de saliva din Kit-ul de prelevare, schimba culoarea cand cantitatea de saliva este suficienta pentru efectuarea testului.		
5. Conditii de mediu:			
3.1	Temperatura de lucru:	+5°C la +40°C	
3.2	Umiditate relativa:	Intre 5% si 95% fara condens	
3.3	Temperatura de depozitare	de la -25°C la +50°C	
6. Accesorii minimale:			
6.1	Geanta pentru transport:		
6.2	Hartie pentru imprimanta-un set de minim 5 role pentru fiecare complet		
6.3	Instructiuni de utilizare in limba romana		
7. Alte cerinte:			
7.1	dispozitivul indeplineste cerintele criteriilor acceptate la nivel international (ROSITA, DRUID, etc), demonstrat prin studii internationale		
7.2	Conform directivei privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro 98/79/CE		
7.3	Respecta standardele EN ISO 13485:2016/AC:2016 EN 13612:2002/AC:2002 EN ISO 14971:2012 EN ISO 15223-1:2016 EN ISO 18113-1:2011 EN ISO 18113-3:2011 EN 61010-2-101:2002 EN 61326-2-6:2006 EN 62304:2006/AC:2008 EN 62366:200		
7.4	Produsul este nou, fabricat in anul curent livrării sau in anul anterior		
7.5	Termenul de garantie al completului: 2 ani de la data livrării, cu exceptia kiturilor de testare, care au valabilitate de 12 luni		
7.6	Termen de asigurare a kit-urilor de testare: minim 8 ani, in baza unor contracte ulterioare.		

Vă mulțumesc!

Cu stimă,

ÎȘEF AL INSPECTORATULUI
Comisar-sef de poliție
POENARI FLORIN – CONSTANTIN